

ITEM	QTDE	EQUIPAMENTO	MARCA	PATRIMÔNIO	LOCALIZAÇÃO	PROBLEMA	curso	Interesse em utilização disciplina	Interesse em utilização em projeto de pesquisa	Interesse em auxiliar na manutenção
1	1	Prensa térmica com aquecimento	SOLAB	41988	505-1 bloco A	Macaco hidráulico. Equipamento não funciona				
2	1	FTIR	PerkinElmer	42115	505-1 bloco A	Problema no canhão. Equipamento não funciona.				
5	1	Espectrômetro UV/Vis	PG Instruments LTD	36658	505-1 bloco A	Defeito na lâmpada. Equipamento não funciona				
9	1	Estufa a vácuo	VACUOTERM	13324	505-1 bloco A	Não segura vácuo, Funciona apenas como estufa				
10	1	Estufa	SOLAB	13478	505-1 bloco A	Problema no controlador. Equipamento não funciona				
2	1	Forno	Jung	013523	L702	Controlador de temperatura queimado				
3	1	Durômetro Universal de Bancada	Digimess	014972	L702	Repetibilidade de resultados. Precisa de manutenção e aferição.				
4	1	Politriz	Arotec	006102	L702	Rolamento danificado				
10	6	Chapa Aquecedora	Even	78965 ; 78960 ; 78964 ; 78963 ; 78974 ; 78966	L303/L304/L306 Alfa 1	Revestimento do poço do sensor derretido.				
11	1	Chapa Aquecedora	Logen	15075	L303/L304/L306 Alfa 1	Sem termostato. Quando possuía termostato não conseguia aquecer água além de 70°C.				
14	1	Purificador de Água	GE Haka	36640	L104 Ômega	Falha de funcionamento				
15	1	Rugosímetro digital	INSTRUTHERM	064716	L003 Ômega	Não está sendo possível Calibrar				
16	1	Lixadeira	Arotec	6117	S200A Ômega	Ruído anormal				
17	1	Maca		44804	S200C Ômega	Faltam Elementos de Fixação (Porca e Arruela)				
18	1	Incubadora Shaker	Solab	45537	S200C Ômega	Falha de funcionamento				
	1	Rugosímetro de Superfície Digital	Instrutherm	64716	S200A Ômega	local onde conecta a ponta está torto e não é possível fazer a medida				
	1	Prensa hidráulica	Skay	41291	LS11	Não instalado				
	1	Forno de plasma	EDG	64750	LS11	Não instalado				
	1	Forno para fundição - Cadinho	Fortlab	36663	LS11	Não instalado				
	1	Prensa hidráulica com Aquecimento	Prenmar	15028	LS11	Não instalado				
	1	Calandra - Misturador para borracha	Prenmar	15027	LS11	Não instalado				
	1	Forno tubular	Jung	41480	LS11	Não instalado				
	11	Kit Educacional UP3 Education	Alterta	13461 à 13465 13470 à 13475	L701/702					
	10	Analísadores lógicos 68 canais	Agilent Tektronix	10184 à 10193	Bloco A - Depósito 4º Andar					