

Assunto: Re: Cotação

De: Ronei Miotto <ronei.miotto@ufabc.edu.br>

Data: 13/07/2018 16:20

Para: "J.Carlos Rodrigues" <rodrigues.jcarlos@gmail.com>, calgp@ccnh.ufabc.edu.br, Marco Antonio <marco.antonio@ufabc.edu.br>

Caro Prof. Rodrigues,

Encaminho sua solicitação à calgp. Peço ao prof. Marco, presidente interino, que analise a demanda e receba o orçamento atualizado na próxima semana, conforme sua justificativa.

Atenciosamente,

Ronei Miotto

Em 13 de julho de 2018 15:04, J.Carlos Rodrigues <rodrigues.jcarlos@gmail.com> escreveu:

Caro Prof. Ronei,

Boa tarde! Entrei em contato com várias empresas fornecedoras de equipamentos para laboratório na tentativa de obter uma cotação de preço para a coifa do L009. A resposta das empresas é que não é possível orçar a coifa sem a análise do local de instalação (Bloco L), o que só poderá ser feito, no caso de uma das empresas (Ibram) na próxima semana e, no caso da Projelab, somente no dia 26/07. Desta forma não será possível fornecer um valor correto para o fornecimento neste momento, mas apenas uma estimativa, tendo em vista orçamento encaminhado de equipamento semelhante em ano anterior.

O valor lá descrito refere-se a 03 (tres) coifas, desta forma, o valor necessário (01 coifa) seria, atualmente, algo em torno de R\$ 15.000,00, **porém só terei a confirmação do valor correto na próxima semana, após a visita do fornecedor.**

Como apresentado a diretoria, esse equipamento é indispensável a operação e trabalho seguro no laboratório L009, tendo em vista o uso de gases combustíveis (propano, butano), e suas misturas, nos processos químicos industriais a serem desenvolvidos naquele espaço. No entanto, a Coordenação de Obras da UFABC informou que não fornecerá o equipamento, apesar do mesmo ter sido previsto, desde 2016, no projeto executivo do Bloco L. Por esse motivo, solicito a utilização de reserva técnica institucional FAPESP, para aquisição do equipamento de exaustão que viabilizará o funcionamento do Laboratório.

Entretanto, tenho ciência das exigências e avaliações necessárias ao atendimento das requisições de uso da RTI, sendo uma delas o **orçamento atualizado**, o qual não tenho no momento para apresentar. Cabe ressaltar, no entanto, que essa solução, compra via RTI, foi apresentada na última

terça-feira, 10/07/2018, após reunião com a Coordenação de Obras, onde foi informado a Direção do CCNH que o equipamento não seria fornecido, sem que fossem apresentadas outras explicações técnicas adicionais a recusa de fornecimento.

Cotação anterior, apenas para referencia, é apresentada no anexo a este e-mail.

Sem mais.

Atenciosamente,

Prof. Dr. José Carlos Rodrigues
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Universidade Federal do ABC - UFABC
Av dos Estados 5001 - 10º andar - S.1026
Santo André - SP - Brasil | CEP 09210-971
Telefone: +55 11 4996-0175